



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO		
SECRETARIA: SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		Ofício n.770/2022/SMS
SETOR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO	
	SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO.	
	JUSTIFICATIVA: O Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento realizará processo licitatório visando a aquisição de equipamentos necessários para o centro cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, cujo é de extrema importância e necessidade contar com estes equipamentos para um melhor e mais efetivo atendimento à população, inclusive no que diz respeito ao funcionamento do centro de obstetrícia e das cirurgias eletivas.	
FONTE DE RECURSOS: Dotação –	Valor em dotação	
	Pelo exposto, solicito autorização para dar continuidade ao presente processo: Nova Trento, 11 de novembro de 2022.	
 Sra. Maria Cristina Adami Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário	 Sr. Daniel Rongallo Secretário de Finanças	

Procedido em 10/11/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto deste pregão é a aquisição de Equipamentos para utilização no centro cirúrgico do Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição.

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

O Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento realizará processo licitatório visando a aquisição de equipamentos necessários para o centro cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, cujo é de extrema importância e necessidade contar com estes equipamentos para um melhor e mais efetivo atendimento à população, inclusive no que diz respeito ao funcionamento do centro de obstetrícia e das cirurgias eletivas.

3. METODOLOGIA

3.1 – O Fundo de Saúde emitirá a Autorização de Fornecimento assinada pelo responsável;

3.2 - Deverão ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as reclamações pertinentes que porventura surjam durante a execução do contrato;

3.3 – O contrato será substituído pela nota de empenho de despesa ou autorização de compra, de acordo com a lei 8666/93, artigo 62, *caput*.

4. LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no Hospital Nossa Senhora da Conceição – HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto, 151, centro, Nova Trento.

5. PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento;

5.2. As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o envio da Autorização de Fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde.

6. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

Fica responsável pelo recebimento o Gestor do HIC ou outro servidor público indicado por ele que verificará as quantidades e descrições do produto e liquidará a NF confirmando o recebimento dentro do que foi estipulado em edital. O Gestor ou Servidor público deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Art. 67, *caput* e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7. PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o recebimento definitivo dos produtos, a contar do recebimento da NF por parte do licitante vencedor.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


8.1. Os produtos/equipamentos deverão ser conferidos na presença do responsável pelo Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

8.2. O proponente contratado deverá entregar os produtos/equipamentos conforme solicitação da Secretaria de Saúde. É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega e instalação dos equipamentos nos locais especificados pela Secretaria.

9. PREÇOS MÁXIMOS, ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

9.1. A proposta que apresentar valor unitário do item superior ao estimado em tabela abaixo será desclassificada. O cálculo da despesa foi efetuado com base no valor de mercado. Na proposta de preços informar as marcas dos produtos.

Item	Descrição	Quant.	Média de valor unitário	Valor Total
01	MACA DE TRANSPORTE com leito estofado destacável. Grades laterais cromadas, com proteção de PVC em toda volta.; Carro em tubo redondo (32mm de diâmetro) e rodas especiais de 125mm de diâmetro; Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização; Acompanha suporte de soro inox; Observação - com tubo 1.1/4" x 2,65 mm. Capacidade de carga máxima admissível: 250 Kg. DIMENSÕES aproximadas GERAL: C- 2,02 / L- 0,75 / A- 0,85 LEITO: C- 1,81 / L- 0,66 ; Rodízios de 8";	5	R\$ 8.594,66	R\$ 42.973,30
02	FOCO CIRÚRGICO Led de teto com duas cúpulas; com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade. Fixação ao teto através de haste central única; deve possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permitam os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contra pesos, mas sim sistema de freios adequados que permitam estabilidade da cúpula na posição em que for colocada; sistema de suspensão leve,	1	R\$ 57.083,33	R\$ 57.083,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cúpula fabricada em poliuretano de alta densidade ou alumínio, com sistema de iluminação em led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; emprego de sistema de redução de sombra; o índice de reprodução de cores deve ser de 95 ou maior, e temperatura de cor de 3.200°K a 6.200°K; Individualmente, as cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 600mm. Duas cúpulas compostas por no mínimo 50 leds com intensidade luminosa igual ou maior que 140.000 lux (medidos a 1 (um) metro de distância). Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa, disposto no próprio braço da cúpula, com a utilização de teclado tipo membrana, de fácil higienização; proteção do sistema eletrônico com fusível (substituível); manopla de focalização em polímero (silicone), autoclavável e facilmente retirável sem a utilização de ferramentas, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento; diâmetro de campo focal deverá ser ajustável na faixa de no mínimo 260 a 350 mm. As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo o aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; vida útil do sistema de iluminação LED maior que 100.000 horas. Sistema de alimentação pode ser ligado em 127v ou 220v – 60HZ, à escolha do usuário. Catálogo original e manual técnico em português. Certificado de registro na ANVISA; fabricado conforme NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6 e NBR IEC 60601-2-41, comprovados através de certificado.</p>			
03	<p>BERÇO AQUECIDO com servo controle e sistema de calor irradiante; Sistema de controle eletrônico microprocessado; Relógio apgar incorporado; Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos; Deve possuir gaveta para instrumentos; Dimensões aproximadas: - Altura: 1,50 metros; Largura: 61,00 kg; Profundidade: 90,00 cm; Peso: 50,00 kg</p>	1	R\$ 24.166,66	R\$ 24.166,66
	Total			R\$ 124.223,29