



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.093**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 23/05/2027

**Nº. do Processo:** 14022.180448/2022-78

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

**Descrição:** Luva para procedimento não cirúrgico, tipo 2, nitrílica, texturizada (dedos), ambidestra, não estéril, isenta de pó.  
Marca: MEDIX BRASIL. Fabricante: Hartalega SDN BHD e Hartalega NGC SDN BHD. / Malaysia.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

**Marcação do CA:** No punho e/ou embalagem.

**Referências:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRILO SEM PÓ.

**Tamanhos:** PP, P, M, G e GG.

**Cores:** Azul e rosa.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 11193-1:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** LV10561990/22-R1

**Laboratório:** CBTEI - Centro Brasileiro de Tecnologia Ltda ME

**Nº. Laudo:** LV10561991/22-R1

**Laboratório:** CBTEI - Centro Brasileiro de Tecnologia Ltda ME

**Empresa:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

**CNPJ:** 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

**Endereço:** PARANA 1791

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 85812010

**Cidade:** CASCAVEL

**UF:** PR